

Государственный комитет  
по стандартизации Республики  
Беларусь (Госстандарт)

## ПРОТОКОЛ

29.03.2018 №03-2018

г. Минск

заседания Научно-технической  
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

6. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

### 6.2. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа "Устройства комплектные испытательные "Сатурн-М", изготовитель – ООО НПФ "РАДИУС", г. Москва, Зеленоград, Российская Федерация, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

### РЕШИЛИ:

6.2.1. Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа «Устройства комплектные испытательные «Сатурн-М», проведенных ВНИИМС, Российская Федерация

6.2.2. Утвердить тип **«Устройства комплектные испытательные «Сатурн-М»** и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

6.2.3. Выдать ООО НПФ "РАДИУС", г. Москва, Зеленоград, Российская Федерация, сертификат об утверждении типа со сроком действия до 17.07.2022.

6.2.4. Устройства метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

6.2.5. Признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой ВНИИМС (аттестат аккредитации – № RA.RU.311493; шифр поверительного клейма – М).

6.2.6. Поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП 206.1-145-2017 «Устройства комплектные испытательные «Сатурн-М». Методика поверки», утвержденному в 2017 г.

6.2.7. Установить межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

Председатель

Секретарь

ВЕРНО

29.03.2018



Н.Д. Ляхова

Д.П. Барташевич

Н.Д. Ляхова

